

## Кюветы коагулологические одноразовые

№	Наименование параметра	Наличие функций или величина параметра, заданные по ТЗ
<b>1. Общие требования</b>		
1.1.	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора	Наличие
1.2.	Возможность применения для анализаторов свёртывания крови АПГ2-02, АПГ2-02П, АПГ4-02П, АПГ2-03-П, АПГ2-03-Пх, АПГ4-03-П, АПГ4-03-Пх, АПГ4-01 (Минилаб-704) и АПГ2-01 (Минилаб-701) после 2005 года выпуска	Наличие
1.3	Комплектация шариками для размешивания пробы (мешалками)	Наличие
<b>2. Основные параметры</b>		
2.1	Тип медицинского изделия	Одноразовая измерительная кювета
2.2	Материал кюветы	Полипропилен
2.2	Объём кюветы	250 мкл
2.4	Обеспечиваемый объём биопробы	50 мкл
2.5	Характеристика мешалки	Стальной шарик
2.6	Длина кюветы	2 см.
2.7	Ширина (вверх)	9мм.
2.8	Ширина (низ)	5 мм.
<b>3. Комплект поставки</b>		
3.1	Кюветы	не менее 1000 шт.
3.2	Шарики	не менее 1000 шт.
3.9	Паспорт качества	1 шт.