

Кюветы коагулологические одноразовые

№	Наименование параметра	Наличие функций или величина параметра, заданные по ТЗ
1. Общие требования		
1.1.	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора	Наличие
1.2.	Возможность применения для анализаторов свёртывания крови АПГ2-02, АПГ2-02П, АПГ4-02П, АПГ2-03-П, АПГ2-03-Пх, АПГ4-03-П, АПГ4-03-Пх, АПГ4-01 (Минилаб-704) и АПГ2-01 (Минилаб-701) после 2005 года выпуска	Наличие
1.3	Комплектация шариками для размешивания пробы (мешалками)	Наличие
2. Основные параметры		
2.1	Тип медицинского изделия	Одноразовая измерительная кювета
2.2	Материал кюветы	Полипропилен
2.2	Объём кюветы	250 мкл
2.4	Обеспечиваемый объём биопробы	50 мкл
2.5	Характеристика мешалки	Стальной шарик
2.6	Длина кюветы	20 мм
2.7	Ширина (вверх)	10 мм
2.8	Ширина (низ)	6 мм
3. Комплект поставки		
3.1	Кюветы	не менее 1000 шт.
3.2	Шарики	не менее 1000 шт.
3.9	Паспорт качества	1 шт.