

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Настоящим удостоверяется, что изделие произведено в соответствии с ТУ 9443-001-11254896-2006 (ПУ № ФСР 2011/11083)

Наименование товара	Кювета измерительная одноразовая для использования с анализаторами показателей гемостаза АПГ2-02, АПГ2-02-П, АПГ4-02-П
Объем кюветы	250 мкл
Объем биопробы	25 ÷ 50 мкл
Децимальный номер	ДГВИ 36.000.050
Упаковка	1000 кювет (не менее), 1000 шариков (не менее)
Дата производства	указана на упаковке
Срок годности	3 года с даты производства, указанной на упаковке
Примечание	Совместимы с анализаторами показателей гемостаза АПГ2-03-П, АПГ2-03-Пх, АПГ4-03-П, АПГ4-03-Пх, а также АПГ4-01 (Минилаб-704) и АПГ2-01 (Минилаб-701) (после 2005 года выпуска)

При производстве кювет коагулологических использованы следующие материалы:

1. Полипропилен 01030 ТУ 2211-015-00203521-99 (или аналог)
2. Шарик 2,5-60 ГОСТ 3722-81 из стали ШХ15 (или аналог)

Генеральный директор



Мишукова А.А.